



LUFTLICHT - FÖRDERRICHTLINIE IN NRW (Stand 19.08.2022)

Das LuftLicht erfüllt alle technischen Anforderungen (2.3.1) aus der "Richtlinie zur Leistung von Ausgaben zur Verbesserung des Infektionsschutzes durch technische Maßnahmen und ergänzende Ausstattung mit CO₂-Messgeräten in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche (RL-CoronaVorsorge2022)" vom 26.07.2022 des Ministerialblatt (MBL. NRW.) Ausgabe 2022 Nr. 30 vom 18.8.2022 Seite 657 bis 682.

Technische Anforderung	LuftLicht	Zusätzliche Informationen
Messbereich für die CO ₂ -Konzentration beträgt mindestens 0 ppm bis 3 000 ppm (maximal bis 10 000 ppm)	✓	
Herstellerseitige Kalibrierung	✓	
Das CO ₂ -Messgerät zeigt optisch, per Ampelanzeige und wenn gewünscht akustisch an, wann ein Raum zu lüften ist.	✓	
Die Dokumentation des Gerätes enthält Angaben darüber, wann eine Prüfung der Funktionsfähigkeit erfolgen muss. Das heißt, wann gegebenenfalls eine neue Kalibrierung zu erfolgen hat, um ein richtiges Messergebnis zu erhalten.	✓	Selbstkalibrierender CO ₂ Sensor vom Typ NDIR (keine manuelle Kalibrierung nötig)
Das CO ₂ -Messgerät trägt eine CE-Kennzeichnung.	✓	Unser Netzteil ist zusätzlich TÜV-Süd und GS geprüft